



AB 616



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

tel. 67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e- mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

64 – 920 Pila
al. Wojska Polskiego 43

www.psse-pila.pl

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 647/K/20

Zleceniodawca* : PSSE - Chodzież
Numer protokołu pobrania próbki*: 95/HK/2020
Próbka pobrana i dostarczona przez*: PSSE - Chodzież
M.Skrzypczyńska

Identyfikacja metody pobierania próbek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki*: Woda z kąpieliska

Stan próbki : Dobry

Miejsce pobrania*: Jezioro Margonińskie - Margonin
lewa strona kąpieliska

Nr rejestru próbki: 647/K/20

Data pobrania próbki: 23.06.2020r.

Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badania: 23.06.2020r./23.06.2020r.

Godzina dostarczenia: 13⁵⁰

Data zakończenia badania: 25.06.2020r.

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność ¹⁾	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników ²⁾	Identyfikator metody badawczej ³⁾
1	Escherichia coli ^Q	213	-	NPL/100ml	≤ 1000	PN-EN ISO 9308-3:2002
2	Enterokoki kałowe ^Q	50	-	jtk/100ml	≤ 400	PN-EN ISO 7899-2:2004

* - dane dostarczone przez klienta

Q - „Badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

¹⁾ Niepewności wyników mikrobiologicznych są podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla ważności lub zastosowania wyniku badań oraz gdy ma ona wpływ na zgodność z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na życzenie klienta. Niepewność jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Dla Escherichia coli odczytywana z tablic wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002.

Podawane na sprawozdaniu z badań niepewności nie uwzględniają niepewności pobierania próbek.

²⁾ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019, poz. 255).

³⁾ Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019, poz. 255).

Pila, dnia 26.06.2020

Data sporządzenia sprawozdania

Młodszy Asystent
26.06.2020
mgr Kamil Kryza

Data i podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

Koniec sprawozdania